

	<b>Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska</b> System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02	
	<b>Załącznik nr 4 do Księgi Jakości</b>	
	<b>Wartości graniczne dla testu Grubbsa</b>	
	Wersja:	3.1
Strona:	1/1	
Data:	01.09.2022	

Tabela. Wartości krytyczne zmiennej  $v$ , dla poziomu prawdopodobieństwa  $\alpha=0,05$  [2].

Liczebność wyników, $n$	$\alpha = 0,05$
3	1,412
4	1,689
5	1,869
6	1,996
7	2,093
8	2,172
9	2,237
10	2,294
11	2,343
12	2,387
13	2,426
14	2,461
15	2,493
16	2,523
17	2,551
18	2,577
19	2,600
20	2,623
21	2,644
22	2,664
23	2,683
24	2,701
25	2,717