		Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 **Formularz nr 54** **Sprawdzanie kapilar wiskozymetrycznych**
Wersja:	3.2	
Strona:	1/1	
Data:	22.04.2024	

Zasada sprawdzenia:

Sprawdzenie polega na napełnieniu kapilar wiskozymetrycznych wybranym certyfikowanym materiałem referencyjnym i porównaniu otrzymanych wartości lepkości kinematycznej z wartościami odniesienia.

Nr kapilary	Nazwa certyfikowanego materiału odniesienia	Wartość odniesienia [mm²/s]	Zmierzona wartość [mm²/s]	Zakres tolerancji Z_T [mm²/s]	Kryterium decyzyjne* Tak/Nie

*Zmierzona wartość lepkości powinna się mieścić w zakresie $Z_T = \pm 1{,}44\sqrt{\sigma_{site}^2 + S_{E,ARV}^2}$ wartości certyfikowanej (wg PN-EN ISO 3104:2024-01)

Wykonał: …….
Data i podpis

Zatwierdził : ……
Data i podpis